

調達件名：次世代シーケンサー解析業務（GRAS-Diシーケンシング）

令和8年8月4日現在

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備 考
1	5. 履行期限 令和9年 3 月15日 6. 数 量 について 960標本(3 回に分割して送付予定:8 月に 192個体、11 月に 384個体、1月 に 384個体)となっておりますが、シーケンスデータの納品は以下のいずれ になりますでしょうか？ A) 3回に分けてそれぞれ納品 B) 960個体分をまとめて1回で令和9年 3 月15日までに納品	分析データについては、可能な限り、完了したもののから順にご提供いた だけるような調整を想定しています。	
2	7. 業務内容 (2)について Illumina社Free Adapter Blocking Reagentは2022年末に終売となつてから4 年が経過して、試薬の使用期限が切れており、当該試薬を利用するのは望 ましくないかと思われます。Unique Dual Indexを使用しない場合のIndex hopping対策について、下記方法で対応させて頂いてよろしいでしょうか。 Illumina. "Effects of Index Misassignment on Multiplexing and Downstream Analysis". 2018. Accessed August 2026.	問題ございません。	
3	7. 業務内容 (3)について 「個体あたりリード 1 とリード 2 を合わせて 500 万リード以上取得するこ と。」について、データ量の条件は以下のいずれでしょうか？ A) サンプル平均 … 全サンプルの平均として500万リード以上あれば良い B) サンプルあたり … 1サンプルでも500万リードに満たないサンプルがあれ ばライブラリー再調製・追加シーケンスが必要	(B) 1個体(1サンプル)あたり500万リード以上が必要です。	

※質問内容に個人に関する情報であつて特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。