

調達件名：水産大学校作業環境測定その他業務

令和8年7月3日現在

番号	質問等の内容	質問等に対する回答	備 考
1	こちらの業務で行う測定・分析方法については、「検知管法」や「GC法」「吸光光度法」等の指定はございますでしょうか。	測定・分析方法について、指定はありません。	
2	過去データに基づき数量の算出を行いたいと考えておりますが、過去の測定データや数量算出の参考となる資料をご提出いただくことは可能でしょうか。	過去データには、非公開情報が含まれていますので公表はしていません。	
3	本業務の作業環境測定について、各測定項目とも、いずれの測定箇所もA測定5地点＋B測定1地点での実施と考えて問題ございませんでしょうか。	仕様書の内容を判断の上、ご連絡の地点数を算出されたのであれば、問題ありません。	
4	本業務における局所排気装置の測定箇所数は何箇所となりますでしょうか。	局所排気装置の測定箇所数は約21箇所を想定しています。	

※質問内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質問を掲載しておりません。